

### 单一来源专家论证意见及专家名单

时间：2021 年 9 月 28 日

采购单位	郑州大学药学院、药物研究院
项目名称	药学院、药物研究院+BD 公司流式细胞分析仪 LSRFortessa 维修项目
项目金额	25 万元
专家 1 论证意见	<p>专家姓名：姚宁</p> <p>工作单位：周口职业技术学院</p> <p>职称：副教授</p> <p>该项目维修所需更换的 488nm 激光器为 BD 流式配套专用高值耗材，只能从原厂家 BD 指定代理商购买。</p>
专家 2 论证意见	<p>专家姓名：张健</p> <p>工作单位：南阳理工学院</p> <p>职称：副教授</p> <p>该项目所需更换的 488 激光器性能指标与其配套流式的其他光学部件必须实现完好兼容，已到达设备整体性能的稳定，因此只能从原厂家指定代理商购买。</p>
专家 3 论证意见	<p>专家姓名：郑立运</p> <p>工作单位：河南省医药科学研究所</p> <p>职称：教授</p> <p>为科研实验需求，维修更换 488 激光器只能以单一来源方式购买 BD 原装配件，从而确保仪器性能的稳定。</p>

# 单一来源论证专家名单

姓名	工作单位	技术职务	联系电话（手机）	备注
姚宁	周口职业技术学院	副教授	18739469996	技术专家1
张健	南阳理工学院	副教授	17365995953	技术专家2
郑远	河南省医药科学研究所	教授	13643850316	技术专家3

