

郑州大学基础医学院纳米医学平台采购项目

初步验收合格报告

我单位郑州大学基础医学院纳米医学平台项目，金额：522.7万元，于2021年3月3日与中标方签订了设备购置合同，主要设备名称为：3D 断层多功能活体光学/CT 成像系统、双人生物安全柜、脉动真空灭菌器。

2021年8月10日所有设备陆续到货，设备包装完好，由供货商和我方相关人员在场，开箱对设备进行了初步验收，所有设备完好无损，设备名称、型号规格、数量、产地、文本资料核对无误，供货日期是按照合同约定执行，没有出现延期情况，双方人员签订了货物交接清单（双方签字）等交接手续。

2021年8月10日，由厂方技术人员进行了安装调试，调试合格后双方人员对设备进行了功能验证和性能测试。经过测试，安装设备运行正常。经过30天时间的测试，功能要求和性能指标达到了合同要求，我院组织了胡雪杰、黄幼田、曹文波三位技术工程人员和供货商进行了初步验收，验收情况合格。

验收人员（签字）：

胡雪杰、黄幼田、曹文波

单位监督及项目负责人（签字）：

王峰
单位名称：（盖章）郑州大学基础医学院
日期：2021.9.10