



郑州金域临床检验中心

检测清单

甲方（郑州大学公共卫生学院）于 2021 年 6 月 11 日委托乙方（郑州金域临床检验中心）根据 ISO15189 标准要求，负责血常规、尿常规、肝功能五项，肾功能四项，胰岛素等项目的检测。

截止到 2021 年 8 月 1 日，乙方共检测甲方提供有效尿样样本 7119 人份、全血/血清标本 7127 人份，合计检测费用：7119 人份×9 元/人份+7127 人份×15 元/人份+7127 人份×25 元/人份+7127 人份×20 元/人份+7127 人份×15 元/人份=598596 元。根据甲乙双方检测前签署的相关协议和采购合同，乙方凭甲方确认的检验样本数量统计总额并开具相应的正规发票，甲方应按发票金额以银行转账方式结算，以账款到达乙方账户时间为准。

甲方：郑州大学公共卫生学院

代表：



乙方：郑州金域临床检验中心有限公司

代表：



2021 年 10 月 10 日



平行样检测报告

甲方（郑州大学公共卫生学院）于 2021 年 6 月 11 日委托乙方（郑州金域临床检验中心）根据 ISO15189 标准要求，负责血常规、尿常规、肝功能五项，肾功能四项，胰岛素等项目的检测。截止到 2021 年 8 月 1 日，乙方共检测甲方提供有效尿样样本 7119 人份、全血/血清标本 7127 人份。检测过程中随机抽取 5% 的样品进行重复检测，其中血常规 369 人份、尿常规 370 人份，血生化 361 人份。分析结果显示，血常规和血生化各项指标误差率均在 1% 以内，尿常规各指标一致率超过 90%，详见下表：

检测指标	检测 值 1	检测 值 2	误差 率/%	检测指标	检测 值 1	检测 值 2	误差 率/%
红细胞计数 RBC/ 10^{12}	4.52	4.49	-0.64	嗜酸性粒细胞/%	2.51	2.52	0.43
血红蛋白 HGB g/L	141.38	140.20	-0.83	嗜碱性粒细胞%	0.41	0.41	0
红细胞压积 HCT/%	43.63	43.20	-0.97	血小板计数 PLT/ 10^9	199.68	201.44	0.88
红细胞平均体积 MCV/fL	96.68	96.99	0.32	平均血小板体积 MPV/fL	10.86	10.76	-0.95
平均血红蛋白量 MCH/pg	31.31	31.21	-0.32	血小板压积 PCT/%	0.21	0.21	0
平均血红蛋白浓度 MCHC/g/L	323.95	321.72	-0.69	血小板体积分布宽度 PDW	16.17	16.07	-0.64
红细胞体积分布宽度 RDW/fL	48.63	48.99	0.73	碱性磷酸酶(ALP)	99.19	100.13	0.95
白细胞计数 WBC/ 10^9	5.95	5.99	0.66	天冬氨酸氨基转移酶(AST)	23.44	23.61	0.72
中性粒细胞计数 NEU/ 10^9	3.48	3.50	0.66	丙氨酸氨基转移酶(ALT)	22.96	23.15	0.81
淋巴细胞计数 LYM/ 10^9	1.96	1.97	0.44	直接胆红素(DBIL)	3.54	3.51	-0.76
单核细胞计数 MON/ 10^9	0.34	0.35	0.75	间接胆红素(IBIL)	8.97	9.04	0.81
嗜酸性粒细胞计数 EOS/ 10^9	0.14	0.15	0.52	血糖 (GLU)	5.56	5.51	-0.79
嗜碱性粒细胞计数 BAS/ 10^9	0.02	0.02	0	尿酸(UA),血清	307.43	304.76	-0.87
中性粒细胞/%	57.64	58.02	0.66	尿素(UREA)	5.75	5.78	0.58
淋巴细胞/%	33.60	33.80	0.59	肌酐(Cr),血清	63.01	62.73	-0.45
单核细胞/%	5.84	5.88	0.77	胰岛素(Insulin)	9.77	9.70	-0.75

甲方：郑州大学公共卫生学院

代表：

2021年10月10日

乙方：郑州金域临床检验中心有限公司

代表：

2021年10月9日