

医学科学院郑大-询价-2021-0034 项目

验收合格报告

我单位转化医学平台设备购置项目，金额：29.98 万元，于
2021 年 12 月 1 日与中标方签订了设备购置合同，主要设备
名称为：梯度PCR仪等。

2021 年 12 月 10 日所有设备陆续到货，设备包装完好，
由供货商和我方相关人员在场，开箱对设备进行了初步验收，所有设
备完好无损，设备名称、型号规格、数量、产地、文本资料核对无误，
供货日期是按照合同约定执行，没有出现延期情况，双方人员签订了
货物交接清单（双方签字）等交接手续。

2021 年 12 月 10 日，由厂方技术人员进行了安装调试，
调试合格后双方人员对设备进行了功能验证和性能测试。经过测试，
安装设备运行正常。经过 7 天 时间的测试，功能要求和性能指标达
到了合同要求，我院组织了 杜忠厚、宋建伟、吴光华 三位技术工程人
员和供货商进行了初步验收，验收情况合格。

验收人员（签字）：

杜忠厚、宋建伟、吴光华

单位监督及项目负责人（签字）：

所建、路伟

供应商代表：马奇波

单位名称：（盖章）

日期：

医学科学院
2021.12.10
4101035125414