

郑州大学物理学院、微电子学院实验设备购置项目

验收合格报告

我单位采购实验设备购置项目，金额：365000.00元，于
2023年6月15日与中标方签订了设备购置合同，主要设备名称
为：双面光刻机。

2023年7月10日所有设备陆续到货，设备包装完好，由供货商
和我方相关人员在场，开箱对设备进行了初步验收所有设备完好无
损，设备名称、型号规格、数量、产地、文本资料核对无误，供货日
期是按照合同约定执行，没有出现延期情况，双方人员签订了货物交
接清单（双方签字）等交接手续。

2023年7月22日，由厂方技术人员进行了安装调试，调试合格
后双方人员对设备进行了功能验证和性能测试。经过测试，安装设备
运行正常。经过3天时间的测试，功能要求和性能指标达到了合同要
求，我院组织了技术工程人员和供货商进行了初步验收，验收情况合
格。

验收人员（签字）：

李星、臧金钢、林超男

单位监督及项目负责人（签字）：

王爱军、李超

单位名称：（盖章）

日期：



附件 4:

郑州大学仪器设备初步验收单

No.

年 月 日

使用单位	郑州大学物理学院	使用人	林超男	合同编号	郑大-竞谈-2023-0040	
供货商	河南亘恒电子科技有限公司			合同总金额	365000.00 元	
设备明细 (品名、型号、规格、生产厂家、数量、金额等, 不够可另附表)						
序号	品名	技术参数 (规格型号)	生产厂家 (产地)	数量	单位	金额
	双面光刻机	URE-2000S/35AL	中国科学院 光电技术研究所	1	套	365000.00 元
实物验收情况	外观质量 (有无残损, 程度如何)。 同意					
	清点数量 (主机、配件、型号、规格、产地是否与招投标文件、合同、发票、装箱单的数量相同, 若有出入, 说明缺件名称、规格、数量、金额)。 同意					
	仪器设备安装调试及使用人员培训情况 (是否完成整套设备安装、有无安装缺陷, 使用人员是否经过培训)。 同意					
技术验收情况	依据合同约定技术条款逐一测定设备的性能和各项技术指标, 所测结果是否与合同约定技术条款规定的一样, 性能是否稳定, 配件是否齐全, 是否有安全隐患, 具体说明。 同意					
初步验收情况	☒ 通过验收 ☐ 整改后再组织验收 ☐ 不通过验收 索赔要求 ☐ 其他结论					
验收小组成员签字	张元 祝成龙 林超男			供货商 授权代表签字	宋自凡	