






政府采购进口产品专家论证意见

<p>技术专家 1</p> <p>论证意见：此设备可实现无损检测，必要时可以利用一片已知热常数的背景材料进行原位测试，国产设备不具备此项功能建议采购进口产品。</p> <p>专家签名： 技术职称：副教授 2020年9月17日</p>
<p>技术专家 2</p> <p>论证意见：该测试范围广，导热系数测试系数测试范围为 0.005--1800W/mK，涵盖绝大多数现有材料，进口产品测试范围广适用于更多方面实验。</p> <p>专家签名： 技术职称：副教授 2020年9月17日</p>
<p>技术专家 3</p> <p>论证意见：该类设备属于高精度仪器，国产设备在可靠性稳定性以及便利性方面还有一定差距，建议采购进口产品。</p> <p>专家签名： 技术职称：教授 2020年9月17日</p>
<p>技术专家 4</p> <p>论证意见：可通过一次测试能够同时得到样品的导热系数热扩散系数和比热容等数据，国产设备操作较繁，建议采购此类进口设备</p> <p>专家签名： 技术职称：教授 2020年9月17日</p>
<p>法律专家：</p> <p>论证意见：采购该仪器符合我国相关政策规定，且该产品不属于国家禁止或限制进口之列。同意购买进口产品。</p> <p>专家签名： 技术职称：律师 2020年9月17日</p>

进口仪器设备论证专家名单

姓名	工作单位	技术职务	联系电话(手机)	备注
张经纬	河南大学特种材料重点实验	副教授	13837817806	技术专家 1
闫诚	新乡学院	副教授	14782387326	技术专家 2
黄晓书	河南农业大学	教授	13598061198	技术专家 3
赫玉欣	河南科技大学	教授	15978650102	技术专家 4
许中秋	河南德慧律师事务所	律师	13793610831	法律专家

填表说明：1、备注栏应注明专家的身份，即 4 名技术专家和 1 名法律专家；

2、所有专家只能从本单位以外产生。

