

医学科学院郑大-竞谈-2021-0123 项目

验收合格报告

我单位转化医学平台设备维修项目，金额：__24__万元，于__2021__年__12__月__3__日与中标方签订了设备服务合同，主要服务范围及内容为：1、Quaut Studio-5 PCR(资产编号：1614113S、1815145S、1815146S) 需校准，2、Quaut Studio-5 PCR (资产编号：1815145S) 需维修控温模块，3、Veriti96-Well (资产编号：1614117S) 需维修控温模块，4、荧光定量 PCR 仪 (资产编号：1509294S) 需维修 CPU 主板、温度及荧光校准模板，5、中央纯水系统(资产编号：1614235S) 需更换一次性核子级离子交换柱，6、离心机 5810R (资产编号：1613218S) 需更换气压杆，7、二氧化碳培养箱 160ii (资产编号：1614217S) 需更换门把手，8、显微镜 IX51 需更换 40 倍镜头，9、二级生物安全柜 (资产编号：1613945S) 需更换主板。

经厂方技术人员进行了维修服务，调试合格后双方人员对设备进行了功能验证和性能测试。经过测试，维修服务设备运行正常。经过测试，功能要求和性能指标达到了合同要求，我院组织了张忠厚、宋建伟、吴光华三位技术工程人员和供货商进行了初步验收，验收情况合格。

验收人员 (签字):

张忠厚、宋建伟、吴光华

单位监督及项目负责人 (签字):

供应商代表:

江建、张忠厚

单位名称: (盖章)

医学科学院

日期: 2021.12.17

10351254