

郑州大学政府采购货物合同 (10 万元及以上模板)

甲方(全称):郑州大学

乙方(全称):河南超继仪器设备有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及有关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,关于“郑州大学基础医学院省重点培育设备采购项目”双方同意按照下述条款订立本合同,共同信守。

一、供货范围及分项价格表

1.本合同所指货物包括原材料、燃料、设备、产品、硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等,详见附件 1、附件 2,此附件是合同中不可分割的部分。

2.本合同总价包括但不限于货物价款、包装、运输、装卸、保险费、安装及相关材料费、调试费、软件费、检验费、培训费等各种伴随服务的费用以及税金等。合同总价之外,甲方不再另行支付任何费用。

二、质量及技术规格要求

乙方须按合同要求提供全新货物(包括零部件、附件、备品备件等)货物的质量标准、规格型号、具体配置、数量等应符合招标文件要求,其产品为原厂生产且应达到乙方投标文件及澄清文件中承诺的技术标准。

乙方应在本合同生效后 7 个工作日内向甲方提供安装计划及质量控制规范;并于 2022.9.15 前进驻安装现场;所有货物运送到甲方指定地点后,双方在 7 日内共同验收并签署验收意见。如甲方无正当理由,不得拒绝接收;在安装调试过程中,甲方有权采取适当的方式对乙方货物质量标准、规格型号、具体配置、数量以及安装质量和进度等进行检查。甲方如果发现乙方所供货物不符合合同约定,甲方有权单方解除合同,由此产生的一切费用由乙方承担。

三、包装与运输

货物交付使用前发生的所有与货物相关的运输、安装及安全保障事项等均由乙方负责;货物包装应符合抗震、防潮、防冻、防锈以及长途运输等要求,对由于包装不当或防护措施不力而导致的货物损坏、损失、腐蚀等损失均由乙方承担;在货物备交付使用前所发生的所有与货物相关的经济纠纷及法律责任均与甲方无关。

四、质保期与售后服务

1.所有设备免费质保期为3年（自验收合格并交付给甲方之日起计算），终身维护、维修。

2.在质保期内，因产品质量造成的问题，乙方免费提供配件并现场维修，且所提供的任何零配件必须是其原设备厂家生产的或经其认可的。产品存在质量问题，甲方有权要求乙方换货。

3.乙方须提供一年1次全免费（配件+人力）对产品设备的维护保养。

4.乙方承诺凡设备出现故障，自接到甲方报修电话1小时内响应，3小时内到达现场，24小时内解决故障问题。保修期外只收取甲方零配件成本费，其他免费。

5.乙方未在规定时间内提供原配件或认可的替代配件，甲方有权自行购买，费用由乙方承担。

6.其它：无

五、技术服务

1.乙方向甲方免费提供标准安装调试及5人次国内操作培训。

2.乙方向甲方提供设备详细技术、维修及使用资料。

3.软件免费升级和使用。

4.乙方有责任对甲方相关人员实施免费的现场培训或集中培训措施，保证甲方相关人员能够独立操作、熟练使用、维护和管理有关设备。

六、知识产权

乙方应保证甲方在使用该货物或货物的任何一部分时免受第三方提出的侵犯其知识产权、商业秘密权或其他任何权利的起诉。如因此给甲方造成损失，乙方承诺赔付甲方遭受的一切损失。

七、免税

1.属于进口产品，用于教学和科研目的的，中标价为免税价格。

2.免税产品应由甲乙双方依据海关的要求签订委托进口代理协议，确认甲乙双方的责任与义务。委托进口代理协议作为本合同的不可分割部分。

3.免税产品通关时乙方必须进行商检，未商检的，造成的损失由乙方承担。

八、交货时间、地点与方式

1.乙方于2022.9.15之前将货物按甲方要求在甲方指定地点交货、安装、调试完毕，并具备使用条件，未经甲方允许每推迟一天，按合同总额的千分之五扣除违约金。

2.乙方负责所供货物包装、运输、安装和调试，并承担所发生的费用；甲方

为乙方现场安装提供水、电等便利条件。

3.安装过程中若发生安全事故由乙方承担。

4.乙方安装人员应服从甲方的管理，遵守国家法律法规和学校相关制度，否则一切后果均由乙方承担。

5.货物交付使用前，乙方负责对提供货物进行看管，并承担货物的丢失、损毁等风险。

九、验收方式

1.初步验收。甲方按合同所列质量标准、规格型号、技术参数以及数量等在现场验收，并填写初步验收单（详见附件4）。验收时，甲方有权提出采用技术和破坏相结合的方法。

乙方应向甲方移交所供设备完整的使用说明书、合格证及相关资料。乙方在所有设备（工程）安装调试、软件安装完毕后，开展现场培训，使用户能够独立熟练操作使用仪器或设备，尔后由供需双方共同初步验收；甲乙双方如产生异议，由第三方重新进行验收。如果乙方提供的货物与合同不符，甲方有权拒绝验收，由此产生的一切费用由乙方承担。

2.正式验收：依据河南省财政厅“《关于加强政府采购合同监督管理工作的通知》【豫财购（2010）24号】”文件要求，政府采购合同金额50万元以上的货物采购项目，由使用单位初验合格后，向国有资产管理处提出验收申请，由采购单位领导牵头，会同财务、审计、资产管理及专家成立验收专家组进行正式验收。学校验收通过后，才能支付合同款项。

十、付款方式及条件

1.本合同总价款（大写）为：壹拾叁万元整（小写：130000元）。

2.付款方式：货物验收合格后，经审计后，甲方向乙方支付全部货款的95%；质保期满30天内，甲方向乙方支付剩余的全部货款。

十一、履约担保

乙方向甲方以转账的方式提供合同总额5%的履约保证金。履约担保金在签订合同前交学校财务处，货物验收合格，正式交付使用后予以退还。

十二、违约责任

乙方所交的货物产地、品牌、型号、规格、质量以及技术标准、数量等不符合合同要求，甲方有权拒收，由此产生的一切费用由乙方负责；因货物更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理，乙方应向甲方每天支付合同标总额日千分之五的违

约金。

甲方无正当理由拒收设备，应向乙方偿付拒收设备款额百分之五的违约金。
甲方逾期付款，应向乙方支付本合同标的总额的日万分之四的违约金。

十三、其它

1. 组成本合同的文件及解释顺序为：本合同及其附件、双方签字并盖章的补充协议和文件；投标书及其附件；招标文件及补充通知；中标通知书；国家、行业或企业（以最高的为准）标准、规范及有关技术文件；投标书及其附件。

2. 双方在执行合同时产生纠纷，协商解决；协商不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3. 本合同共页，一式8份，甲方执6份（用于合同备案、进口产品免税、验收报账等事项），乙方执1份，招标公司执1份。

4. 本合同未尽事宜，甲方双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

5. 本合同经双方法定代表人或其授权代理人签字并加盖单位公章后生效。

6. 法律文书接收地址（乙方）：河南省郑州市金水区黄河路1号院1号楼5层

505号

甲方： 郑州大学

地址： 河南省郑州市高新区科学大道100号
地址： 河南省郑州市金水区黄河路1号院1号楼5层
505号

签字代表（或委托代理人）：

电话： 037167781958

乙方： 河南超继仪器设备有限公司

签字代表： 胡继伟

电话： 13598418171

开户银行： 中国银行郑州黄河路支行

账号： 249418682513

合同签订日期：

供货范围及分项价格表 单位：元

序号	采购内容	型号/规格	制造厂 (商)	原产地 (国)	数量	单位	单价 (元)	合计 (元)	是否免税
1	冰箱	格力 BCD-287WEG2	珠海格力电器股份有限公司	中国	1.0	台	2868.0	2868.0	-1
2	电热恒温水浴锅	上海一恒 HWS-26	上海一恒科学仪器有限公司	中国	1.0	台	1600.0	1600.0	-1
3	刀片	徕卡 819	Leica 公司	中国	3.0	盒	900.0	2700.0	-1
4	静音混合器	华利达 WH-986	太仓市华利达实验设备有限公司	中国	1.0	台	2400.0	2400.0	-1
5	低速台式离心机	湘仪 TDZ5-WS	湖南湘仪实验室仪器开发有限公司	中国	1.0	台	5500.0	5500.0	-1
6	真空泵	天津津腾 GM-0.20	天津津腾实验设备有限公司	中国	2.0	台	900.0	1800.0	-1
7	干式恒温器	杭州奥盛 MK-10	杭州奥盛仪器有限公司	中国	1.0	台	2800.0	2800.0	-1
8	防爆安全柜	广胜科技 GS110Y	广胜科技无锡有限公司	中国	1.0	个	6800.0	6800.0	-1
9	磁力搅拌器	IKA Big squid	艾卡(广州)仪器设备有限公司	中国	1.0	台	2300.0	2300.0	-1
10	笼具(盒)	冯氏 GAU-1	苏州市冯氏实验动物设备有限公司	中国	40.0	个	450.0	18000.0	-1
11	微型离心机	cubee? 迷你离心机	cubee公司	中国	1.0	台	1600.0	1600.0	-1
12	移液枪	GILSON PL	GILSON公司	中国	5.0	把	1750.0	8750.0	-1
13	电动助吸器	INTEGRA PIPETBOY acu 2	INTEGRA公司	中国	2.0	台	3000.0	6000.0	-1
14	移液器	艾本德 research plus	Eppendorf 公司	德国	29.0	把	1650.0	47850.0	-1
15	低速台式离	湘仪 L500-A	湖南湘仪实验室仪器开发有限公司	中国	1.0	台	5600.0	5600.0	-1

	心机								
16	涡旋振荡器	IKA 公司VORTEX 2	艾卡（广州）仪器设备有限公司	中国	1.0	台	2441.0	2441.0	-1
17	转移脱色摇床	其林贝尔 TS-8	海门市其林贝尔仪器制造有限公司	中国	2.0	台	1404.0	2808.0	-1
18	掌上离心机	大龙兴创 D1008E	大龙兴创实验仪器（北京）股份有限公司	中国	1.0	台	337.0	337.0	-1
19	恒温水浴锅	上海精宏 DK-8D	上海精宏实验设备有限公司	中国	1.0	台	2359.0	2359.0	-1
20	体视显微镜	舜宇 SZN	宁波舜宇仪器有限公司	中国	1.0	台	5487.0	5487.0	-1
合计：130000 元									

设备技术参数、功能描述及配置清单表

序号	设备名称	具体技术参数、功能描述及配置清单描述	单位	数量
1	冰箱	基本信息: 箱门结构: 两门 亚热带型 能效等级: 2 级 重量 (kg) 79kg 总容积: 287L 制冷剂: R600a/62 高度 1.8-1.9 米 功能参数: 冷藏室容积: 159L 冷冻室容积 (L) 128 变频 制冷方式风冷 温控方式 电脑控温 除霜模式: 自动	台	1
2	电热恒温水浴锅	1. 电压: AC220 50HZ 2. 功率 1500W 3. 控温范围: RT+5-99℃ 4. 恒温波动: ±0.5℃ 5. 跟踪报警: ±2℃ 6. 容积: 14.8L 7. 内胆尺寸大约 W×D×H: 496×347×165 8. 定时范围: 1~999min 9. 孔数: 双列六孔 10. 采用不锈钢内胆、烧杯孔可任意改变大小。	台	1

		11. 高精度微电脑控制器，控温精确可靠。 12. 超温声光跟踪报警，使样品得到可靠保护 配置：主机 1 台		
3	刀片	1、高品质窄刀片 2、刀片表面涂有铬元素涂层，可确保刀片的优异切片效果 3、刀片设计为三面刀 4、刀片表面涂有聚四氟乙烯软涂层 5、可进行 45 个蜡块的高品质切片 规格：50 片/盒	盒	3
4	静音混合器	1、振荡转速：5rpm 2、工作模式：旋转 3、速度控制：固定 4、运转角度：360 度 旋转 5、容量：1.5ml×55 标配 6、外型尺寸：360×120×150 (mm) 7、电源：AC220V 50Hz 8、配件：不锈钢磁性板，试管夹具 棍式夹具选配 1.5ml×55 支 (标配) 配置：主机 1 台	台	1
5	低速台式离心机	1.5ml×55 支试管夹具 1 个 1、最高转速：5000r/min 2、最大相对离心力：4390×g 3、最大容量：4×250ml 4、转速精度：±30r/min 5、定时范围：1min~99min 配置：主机 1 台 4*100ml 水平转子一套； 4*15ml (尖底) 适配器一套；	台	1

	4*50ml (尖底) 适配器一套:	台	2
6	真空泵 1、抽气速率: 15L/Min 2、电功率: 75W 3、正压力: 30Psi 4、进气口 (mm): $\phi 6$ 5、出气口 (mm): $\phi 6$ 6、工作环境: 7-40℃ 配置: 主机 1 台		
7	干式恒温器 技术指标要求 1.1 工作条件 1.1.1 使用环境温度: 5℃~35℃ 1.1.2 相对湿度: $\leq 70\%$ 1.1.3 使用电源: AC220V/120V50/60Hz 1.2 仪器用途 样品恒温孵育, 可广泛应用于样品的保存和反应、DNA 扩增和电泳的预变性、血清凝固等。 1.3 配置清单 1.3.1 干式恒温器主机, 1 台; 1.3.2 自选模块, 1 个; 1.3.3 电源线, 1 根; 1.4 技术参数 ★1.4.1 温度控制范围: 室温+5℃~100℃ 1.4.2 时间设置: 最长 99h59min 1.4.3 温度稳定性@100℃: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 1.4.4 显示精度: $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ ★1.4.5 升温时间: $\leq 12\text{min}$ (从 25℃升至 100℃) 1.4.6 自动故障检测及蜂鸣器报警功能 1.4.7 LCD 液晶显示, 触摸式操作界面 1.4.8 即时温度显示、时间递减显示 ★1.4.9 13 种模块可供选择, 便捷的模块更换, 便于清洁与消毒 ★1.4.10 模块有塑料安装框, 具有隔热保护功能	台	1

		配置: 主机 1 台 模块 1 个		
8	防爆安全柜	外形尺寸 1650*1500*860 mm 高度 1650mm 适用范围: 家具材质: 金属 配置: 主机 1 台, 隔板 1 层	台	1
9	磁力搅拌器	产品描述: 最新改进和设计的磁力搅拌器。 New: 转速数字显示 (LED) New: 电子控制马达能力更强 New: 更高的转速范围: 0-2,500 rpm • 由于采用了玻璃盘面以及化学合成材料精制而成, 具有良好的耐化学腐蚀性 能 • 可循环利用材料精制而成 产品全参数: 搅拌点位数 1 最大搅拌量 (H2O) 1.5 l 电机输出功率 2 W 转速控制 50 RPM Steps 速度范围 0 - 2500 rpm 搅拌子最大长度 30 mm 工作盘材质 玻璃 工作盘外形尺寸 Ø 160 mm 外形尺寸: 185*45*205MM 重量: 0.7KG 允许环境温度 5 - 40 ° C 允许相对湿度 80 % DINEN 60529 保护方式 IP 54 RS232 接口 不 模拟输出 不 电压 100 - 240 V	台	1

		频率 50/60 Hz 仪器输入功率 4 W DCVoltage 12 V= Currentconsumption 300 mA 最大处理量: 1.5 L 搅拌转速范围: 0 - 2500 rpm 材质: 玻璃表面和聚酯基座, 耐受化学 腐蚀 * IP 保护等级: 54 搅拌转速数字显示(LED) * 采用可循环利用材料 * 盘面直径: Ø 160 mm 配置: 主机 1 台		
10	笼具 (盒)	*1、小鼠笼盒原料采用 PSU 透明材料, 规格: 325*210*180mm, 可插记录卡片, 便捷开启式搭扣, 水瓶内置式; 2、笼盒的密封性好, 透明性好, 采用硅 橡胶耐酸、耐碱高温 150℃压力 15 磅半小时不变形; 硅胶密封条可同时高压灭菌; 不锈钢网罩: 钢丝直径 Ø1.8mm- Ø4.0mm, 钢丝材质为 1Cr18Ni9; 3、笼盒内采用静压箱使洁净空气均匀向 下, 送向生活区, 排风进口有过滤装置避免毛发、木屑等进入主机内; 4、盒内采用 PSU 透明 250ml 饮水瓶, 笼盒材质为进口抗高温材料; 透明性好, 耐酸耐碱。 5、搭扣材质为航天工程塑料, 耐高温防 磨损, 而且美观大方、坚固耐用、操作方便。 6、笼盒包含: 盒底、网罩、水瓶、盒盖等	个	40
11	微型离心机	高速迷你离心机。三合一转子, 免更换 (2~1.5mltubex8 孔/0.5mltubex8 孔/0.2ml tubex16 孔) 使用 4700rpm 高转速马达, 运转过程低噪音底部加重, 运作不位移 强化上盖支撑点, 耐用耐操单手即可操作, 简单方便 尺寸(长 x 宽 x 高): 183mmx151mmx153mm 电力规格: 100-120V/200-240VAC50/60Hz, 2A	支	1

		配置：主机1台		支	5
12	移液枪	10ul, 20ul, 100ul, 200ul, 1000ul 的枪各一支。 1. 整支移液器可高温高压灭菌，且灭菌前无需进行拆卸，灭菌后移液器精度无影响 2. 专量程锁定系统，可自动锁定，保证后续实验过程中量程不会意外改变。 3. 可调式弹射器按钮：可左右旋转，方便左右手操作 4. 每支移液器均有独一无二的一无二的二维码；二维码不仅可以提供生产日期、序列号、容量等基本信息，同时也可以轻松记录追踪售后维护记录 6. 通用型套筒，适配通用型吸头 7. 色标按钮设计，可通过颜色区分型号 最大容许偏差： 1. 规格型号 P2L 体积 (ul) 0.2, 0.5, 1, 2ul, 系统误差 (ul) ≤ 0.012, 0.012, 0.013, 0.014 系统误差 ± 0.024, 0.025, 0.027, 0.3, 随机误差 (ul) $\leq 6\%$, 2.4%, 1.3%, 0.7% 随机误差 (%) 12%, 5%, 2.7%, 1.5% 系统误差 (ul) ± 0.025, 0.075, 0.1, 随机误差 (ul) ≤ 0.012, 0.03, 0.04 系统误差 (%) 2.5%, 1.5%, 1% 随机误差 (%) 1.2%, 0.6%, 0.4% 2. 规格型号 P10L 体积 (ul) 1, 5, 10, 系统误差 (ul) ± 0.1, 0.1, 0.2, 随机误差 (ul) ≤ 0.012, 0.03, 0.04 系统误差 (%) 2.5%, 1.5%, 1% 随机误差 (%) 1.2%, 0.6%, 0.4% 3. 规格型号 P20L 体积 (ul) 2, 10, 20ul, 系统误差 (ul) ± 0.1, 0.1, 0.2, 随机误差 (ul) ≤ 0.03, 0.05, 0.06 系统误差 (%) 5%, 1%, 1% 随机误差 (%) 1.5%, 0.5%, 0.3% 4. 规格型号 P100L 体积 (ul) 10, 50, 100, 系统误差 (ul) ± 0.35, 0.4, 0.8 随机误差 (ul) ≤ 0.1, 0.12, 0.15 系统误差 (%) 3.5%, 0.8%, 0.8% 随机误差 (ul) ± 0.5, 0.8, 1.6, 随机误差 (ul) ≤ 0.2, 0.25, 0.3 系统误差 (%) 2.5%, 0.8%, 0.8% 随机误差 (%) 1%, 0.25%, 0.15% 5. 规格型号 P200L 体积 (ul) 20, 100, 200, 系统误差 (ul) ± 0.5, 0.8, 1.6, 随机误差 (ul) ≤ 0.2, 0.25, 0.3 系统误差 (%) 2.5%, 0.8%, 0.8% 随机误差 (%) 1%, 0.25%, 0.15% 6. 规格型号 P1000L 体积 (ul) 100, 500, 1000, 系统误差 (ul) ± 3, 4, 8, 随机误差 (ul) ≤ 0.6, 1, 1.5 系统误差 (%) 3%, 0.8%, 0.8% 随机误差 (%) 0.6%, 0.2%, 0.15%			
13	电动助吸器	电动吸液器配备最新技术，能够提高移液速度，同时机身重量大大减轻，重量：195 g 2 移液速度 13.5 ml/s (使用 50 ml 移液管) 3 可适配于 1 - 100 ml 玻璃和塑料移液管 ★4 轻压式分配按钮，可通过手指的按压力道调节流速，另外也可通过拇指转轮快速调节流速 5 配有 0.45 μm 保护滤芯，防止气溶胶污染以及误操作导致仪器损坏	支	2	

		6 耐高压灭菌的无菌模块，易于更换 ★7 LED 灯显示充电状态，配有可充式锂电池，最小 500 mAh，连续工作时间达到 6.5 小时 以上 8 独特的内部阀门设计以及电机精确控制 9 插上电源，可额外提升速度，让移液更有效		
14	移液器	1、规格量程：0.1-2.5ul (8 支)，2-20ul (13 支)，100-1000ul (8 支)； 2、四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察； 3、坚固耐用，耐高温抗腐蚀材质； 4、不同量程范围移液器的操作按钮颜色不同，易于辨认和装配吸头	支	29
15	低速台式离心机	最高转速：5000r/min； 最大相对离心力：4030×g 最大容量：16×15ml； 转速精度：±30r/min； 定时范围：1min~99min； 整机噪声：≤65dB(A)； 电源：AC220V±22V50/60Hz； 整机功率：250W； 水平转子体：最高转速 (4200 r/min)，最大相对离心力 (2760×g)，容量 (4×50ml)； 管架：最高转速 (4200 r/min)，最大相对离心力 (2760×g)，4×4×15ml (尖/圆) 配置：主机 1 台 4×50ml 水平转子 1 个 4×4×15ml 架管 1 个	台	1
16	涡旋振荡器	振荡方式：圆周振荡； 周转直径：4mm； 最大载重 (含垫片)：0.4kg， 最佳的马达性能可使负载范围内的样品得到充分震荡；马达输入功率：39W；马达输出功率：9W 无级调速范围：500 - 2500 rpm；	台	1

		转速显示：刻度显示 0-6 可安装多种试管垫片、酶标板垫片、锥形瓶夹具，无需手持 工作模式：连续工作/点动，2 种工作模式具备不同的转速范围； 硅质底座脚垫，超强防震，适合高速工作 配置：主机 1 台 VG3.37 酶标版 1 个	台	2
17	转移脱色床	电源：110-220V； 功率：30W； 转速：10-80； 速度控制：无极调速； 震荡方式：上下 20mm； 托盘：280×260mm； 外形尺寸：350×260×160mm 配置：主机 1 台		
18	掌上离心机	双门锁设计，锁定更安全； 转子快拆功能； 先进的宽电压技术，转速不受电压波动影响，转速精度高； 运行安静，噪音≤45 dB； 直流电机，连续运行模式； 最高转速 5000rpm，最大相对离心力 1360×g； 翻盖开关功能，合盖即转，开盖即停，操作方便； 可容纳过滤型离心管 配置：主机 1 台	台	1
18	恒温水浴锅	控温范围：RT+5~100℃； 电源电压：AC220V, 50HZ； 消耗功率：750W； 控温精度：0.1℃； 温度波动度：±0.5℃；	台	1

售后服务计划及保障措施

我单位就招标编号：郑大-竞谈-2022-0041、郑州大学基础医学院重点培育设备采购项目的售后服务及优惠承诺如下：

1、我公司郑重承诺本次投标活动中，所投产品国产三年，进口一年（自验收合格之日起）

2、所投货物非人为损坏出现问题，我单位在接到正式通知后1小时内响应，3小时内到达现场进行检修，解决问题时间不超过24小时（进口仪器2小时内响应，解决问题时间不超过48小时）。若不能在上述承诺的时间内解决问题，则在10个工作日内提供与原问题机器同品牌规格型号的全新仪器备机服务，直到原设备修复，期间产生的所有费用均有我单位承担。原设备修复后的质保期限相应延长至新的保修期截止日，全新备机在使用期间的质保及售后均按上述承诺执行。

3、售后

3.1 维修单位名称：河南超继仪器设备有限公司

售后服务地点：河南省郑州市金水区黄河路1号院1号楼5层505号

联系人：刘超杰

联系电话：13526639220从事设备技术服务方面技术服务8

年以上，职称：硕士

4、我公司技术人员对所售仪器定期巡防，免费进行系统的维护、保养及升级服务，使仪器使用率最大化，每年内不少于4次上门保养服务，包括寒暑假。

5、安装及培训：

5.1 我公司提供的安装配送方案为：我方负责货物的全程运输，直接送抵采购人指定地址；

5.2 我公司将组织由仪器设备厂家认证的工程师4人，负责对所售仪器的安装、调试；为减少用户的操作错误概率，为用户培训至少5人的熟练工作人员，所有费用均包含在本次投标总报价中。

郑州大学仪器设备初步验收单

No.

年 月 日

使用单位	基础医学院	使用人		合同编号		
供货商	河南超继仪器设备有限公司			合同总金额	130000.00	
设备明细（品名、型号、规格、生产厂家、数量、金额等，不够可另附表）						
序号	品名	技术参数 (规格型号)	生产厂家(产 地)	数量	单位	金额
1						
实物验收情况	外观质量（有无残损，程度如何）。					
	清点数量（主机、配件、型号、规格、产地是否与招投标文件、合同、发票、装箱单的数量相同，若有出入，说明缺件名称、规格、数量、金额）。					
	仪器设备安装调试及使用人员培训情况（是否完成整套设备安装、有无安装缺陷，使用人员是否经过培训）。					
技术验收情况	依据合同约定技术条款逐一测定设备的性能和各项技术指标，所测结果是否与合同约定技术条款规定的一样，性能是否稳定，配件是否齐全，是否有安全隐患，具体说明。					
初步验收情况	☐ 通过验收 ☐ 整改后再组织验收 ☐ 不通过验收 索赔要求 ☐ 其他结论					
验收小组 成员签字				供货商 授权代表签字		

中标(成交)通知书

河南超继仪器设备有限公司:

你方递交的郑州大学基础医学院省重点培育设备采购项目 投标文件, 经专家评标委员会(或询价小组、竞争性磋商小组、竞争性谈判小组) 评审, 被确定为中标人。

主要内容如下:

项目名称	郑州大学基础医学院省重点培育设备采购项目
采购编号	郑大-竞谈-2022-0041
中标(成交) 价	130000 元(人民币) 壹拾叁万元整(人民币)
供货期(完工期、服务期限)	15 日历天
供货(施工、服务) 质量	合格
交货(施工、服务) 地点	/
质保期	国产设备三年, 进口设备一年

请你方自中标通知书发出之日起 3 日内与招标人洽谈合同事项。联系人及电话: 张振华 13938493511

特此通知。

采购单位(盖章)

代理单位(盖章)

2022 年 8 月 22 日

中标单位签收人: 唐巍巍

13838548751