

附件 4:

郑州大学仪器设备初步验收单

No.

2021 年 9 月 18 日

使用单位	郑州大学	使用人	杨林	合同编号	郑大-竞谈-2021-0042	
供货商	北京耐尔得智能科技有限公司			合同总金额	288700.00 元	
设备明细 (品名、型号、规格、生产厂家、数量、金额等, 不够可另附表)						
序号	品名	技术参数 (规格型号)	生产厂家 (产地)	数量	单位	金额
1	混凝土硫酸盐干湿循环试验机	NELD-VS830	北京	2	台	160000
2	混凝土快速冻融试验机	NELD-FC810	北京	1	台	80000
3	混凝土快速碳化试验箱	NELD-CA070	北京	1	台	48700
实物验收情况	外观质量 (有无残损, 程度如何)。 合格。					
	清点数量 (主机、配件、型号、规格、产地是否与招投标文件、合同、发票、装箱单的数量相同, 若有出入, 说明缺件名称、规格、数量、金额)。 与合同一致。					
	仪器设备安装调试及使用人员培训情况 (是否完成整套设备安装、有无安装缺陷, 使用人员是否经过培训)。 四台设备安装调试运行正常, 对使用人员培训良好。					
技术验收情况	依据合同约定技术条款逐一测定设备的性能和各项技术指标, 所测结果是否与合同约定技术条款规定的一样, 性能是否稳定, 配件是否齐全, 是否有安全隐患, 具体说明。 四台设备经过近五个小时的运行, 各项技术指标均达到合同约定要求, 性能稳定, 配件齐全, 无安全隐患。					
初步验收情况	☒ 通过验收 ☐ 整改后再组织验收 ☐ 不通过验收 索赔要求 ☐ 其他结论					
验收小组成员签字	 张明升 杨林			供货商授权代表签字	 刘双	