

郑州大学安评中心药理试验相关实验仪器及设备项目 验收合格报告

我单位郑州大学药物安全性评价研究中心安全药代试验相关实验仪器及设备项目，金额：49.19万元，于2021年11月25日与中标方签订了设备购置合同，主要设备名称为：微波消解仪、冷冻干燥机。

2022年03月04日所有设备陆续到货，设备包装完好，由供货商和我方相关人员在场，开箱对设备进行了初步验收，所有设备完好无损，设备名称、型号规格、数量、产地、文本资料核对无误，双方人员签订了货物交接清单（双方签字）等交接手续。

2022年04月11日，由厂方技术人员进行了安装调试，调试合格后双方人员对设备进行了功能验证和性能测试。经过测试，安装设备运行正常。经过7时间的测试，功能要求和性能指标达到了合同要求，我院组织了魏婷婷、焦修宇、马煜棋三位技术工程人员和供货商进行了验收，验收情况合格。

验收人员（签字）：

魏婷婷、焦修宇、马煜棋

单位监督及项目负责人（签字）：

单位名称：（盖章）

日期：2022年04月18日



郑州大学药物安全性评价研究中心实验设备采购项目货物接收单

项目编号:

郑大-竞谈-2021-0080/包 1

[illegible]

微波消解仪配置

- 1.微波消解仪主机（1 台）
- 2.位消解转子（防腐高强度合金材质）（1 套）
- 3.反应管（包含 PTFE-TFM 材质内管、盖子等所有附件）（24 套）
- 4.智能压力监控系统（内置）（1 套）
- 5.无线信号传输系统（内置）（1 套）
- 6.红外温度传感系统（内置）（2 套）
- 7.与消解内管配套的电热赶酸系统（1 套）

冷冻干燥机配置

- 1、主机一台
- 2、透明干燥室一个
- 3、三层铝制样品搁架一套
- 4、真空泵一个
- 5、300ml 冻干瓶 8 个

刁煜祺, 魏婷婷, 焦修宇

2022.04.18