

# 郑州大学安评中心药理试验相关实验仪器及设备项目 验收合格报告

我单位安评郑州大学药物安全性评价研究中心毒代试验相关实验仪器及设备项目，采购编号：（郑大-竞谈-2021-0079/包1），金额：47.99万元，于2021年11月25日与中标方签订了设备购置合同，主要设备名称为：超高效液相色谱仪。

2022年03月03日所有设备陆续到货，设备质量合格，所有设备名称、规格型号、数量、产地、文本资料核对无误，双方人员签订了货物交接清单（双方签字）等交接手续。

2022年04月07日，由厂方技术人员对设备进行了安装和调试，调试合格后双方人员对设备进行了功能验证和性能测试，经过测试安装设备运行正常。经过一周时间的测试，功能要求和性能指标达到了合同要求，我中心组织了魏婷婷、焦修宇、马煜棋三位专业技术人员和供货商进行了验收，验收情况合格。

验收人员（签字）：

魏婷婷、焦修宇、马煜棋

单位监督及项目负责人（签字）：

赵平、黄雨婷

单位名称：（盖章）

日期：2022.04.14



郑州大学药物安全性评价研究中心实验设备采购项目货物接收单

项目编号:

郑大-竞谈-2021-0079/包 1

[illegible]

## 配置清单

1. 超高效液相色谱主机 1 套（主机包括：二元梯度系统，自动进样器，样品温度控制，在线柱塞清洗装置，五通道在线脱气机，柱温箱）
2. C18 色谱柱 2 根，UPLC 适用的色谱柱填料为  $1.7\ \mu\text{m}$  颗粒大小
3. 样品瓶及瓶盖（2ml）2 盒，共 200 个
4. 溶剂瓶（1L）6 个
5. 电脑（带有正版软件序列号，操作系统 Windows CPUi7，内存 8G，硬盘 1T，独立显存 2G，显示器尺寸 23 英寸）1 台
6. 黑白激光打印机 1 台

张煜 魏婷婷 焦修宇

2022.04.14