

郑州大学政府采购货物合同 (10 万元及以上模板)

甲方(全称):郑州大学

乙方(全称):河南恒奥科技有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,关于“郑州大学化工学院设备采购项目”双方同意按照下述条款订立本合同,共同信守。

一、供货范围及分项价格表

1.本合同所指货物包括原材料、燃料、设备、产品、硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等,详见附件1、附件2,此附件是合同中不可分割的部分。

2.本合同总价包括但不限于货物价款、包装、运输、装卸、保险费、安装及相关材料费、调试费、软件费、检验费、培训费等各种伴随服务的费用以及税金等。合同总价之外,甲方不再另行支付任何费用。

二、质量及技术规格要求

乙方须按合同要求提供全新货物(包括零部件、附件、备品备件等)货物的质量标准、规格型号、具体配置、数量等应符合招标文件要求,其产品为原厂生产,且应达到乙方投标文件及澄清文件中承诺的技术标准。

乙方应在本合同生效后7个工作日内向甲方提供安装计划及质量控制规范;并于2023年01月13日前进驻安装现场;所有货物运送到甲方指定地点后,双方在15日内共同验收并签署验收意见。如甲方无正当理由,不得拒绝接收;在安装调试过程中,甲方有权采取适当的方式对乙方货物质量标准、规格型号、具体配置、数量以及安装质量和进度等进行检查。甲方如果发现乙方所供货物不符合合同约定,甲方有权单方解除合同,由此产生的一切费用由乙方承担。

三、包装与运输

货物交付使用前发生的所有与货物相关的运输、安装及安全保障事项等均由乙方负责;货物包装应符合抗震、防潮、防冻、防锈以及长途运输等要求,对由于包装不当或防护措施不力而导致的货物损坏、损失、腐蚀等损失均由乙方承担;在货物备交付使用前所发生的所有与货物相关的经济纠纷及法律责任均与甲方无关。

四、质保期与售后服务

1.所有设备免费质保期为国产三年，进口一年，（自验收合格并交付给甲方之日起计算），终身维护、维修。/

2.在质保期内，因产品质量造成的问题，乙方免费提供配件并现场维修，且所提供的任何零配件必须是其原设备厂家生产的或经其认可的。产品存在质量问题，甲方有权要求乙方换货。

3.乙方须提供一年4次全免费（配件+人力）对产品设备的维护保养。

4.乙方承诺凡设备出现故障，自接到甲方报修电话1小时内响应，3小时内到达现场，24小时内解决故障问题。保修期外只收取甲方零配件成本费，其他免费。

5.乙方未在规定时间内提供原配件或认可的替代配件，甲方有权自行购买，费用由乙方承担。

6.其它：无

五、技术服务

1.乙方向甲方免费提供标准安装调试及5人次国内操作培训。

2.乙方向甲方提供设备详细技术、维修及使用资料。

3.软件免费升级和使用。

4.乙方有责任对甲方相关人员实施免费的现场培训或集中培训措施，保证甲方相关人员能够独立操作、熟练使用、维护和管理有关设备。

六、知识产权

乙方应保证甲方在使用该货物或货物的任何一部分时免受第三方提出的侵犯其知识产权、商业秘密权或其他任何权利的起诉。如因此给甲方造成损失，乙方承诺赔付甲方遭受的一切损失。

七、免税

1.属于进口产品，用于教学和科研目的的，中标价为免税价格。

2.免税产品应由甲乙双方依据海关的要求签订委托进口代理协议，确认甲乙双方的责任与义务。委托进口代理协议作为本合同的不可分割部分。

3.免税产品通关时乙方必须进行商检，未商检的，造成的损失由乙方承担。

八、交货时间、地点与方式

1.乙方于2023年01月29日之前将货物按甲方要求在甲方指定地点交货、安装、调试完毕，并具备使用条件，未经甲方允许每推迟一天，按合同总额的千分之五扣除违约金。

2.乙方负责所供货物包装、运输、安装和调试，并承担所发生的费用；甲方

设备技术规格参数、功能描述及配置清单表

序号	设备名称	具体技术规格参数、功能描述及配置清单描述	单位	数量
1	烘箱	1. 电源电压: 220V 50Hz 2. 控温范围: RT+10℃~250℃ 3. 温度分辨率: 0.1℃ 4. 恒温波动度: ±1℃ 5. 输入功率: 2000W 6. 工作环境温度: 5℃~40℃ 7. 内胆尺寸 (mm): 550*450*550 8. 外形尺寸 (mm): 830*650*730 9. 载物托架 (标配): 2 块 10. 定时范围: 1~9999minutes	台	2
2	加热制冷循环浴槽	1. 工作温度范围-40~200℃; 2. 显示分辨率 0.01℃; 3. 稳定性±0.02 °C。 4. 加热功率 2.0KW。 5. 制冷功率 470W@20℃; 400W@0℃; 280W@-20℃; 120W@-30℃。 6. 充液体积 5.5L; 7. 紧凑设计, 外形尺寸 WxDxH 28×46×46cm。 8. 浴槽开口/ 深度 W×L/H19 x 3 /19cm。 9. 外循环使用 M16*1 螺纹连接方式, 安装快速, 密封性好, 标配 8mm 和 12mm 两套转接头。 10. 采用 ICC 温度控制技术通过自动、自主地优化调整 PID 控制参数, 获得好的温度稳定性, 满足各种实际应用的控温需要, 成就了其理想的温度控制效果。	套	1

		2、炉膛表面涂有高温氧化铝涂层可以提高加热效率和使用寿命 3、炉膛内置进气和排气口，可去除不良污染物和湿气，延长加热元件和炉膛的使用寿命。 4、带有过热和断偶保护，并设有开门断电功能。 5、炉膛内三面加热，加热速率快，温场均匀。 6、电源：AC220V/50HZ 7、额定功率：3.5KW 8、加热区尺寸：200 长*300 宽*120 高 mm 9、最高使用温度：1200 度（≤30min） 10、工作温度：1100 度 11、升温速率：≤10 度/min 12、加热元件：电阻丝（掺钨铁铬铝合金） 13、温控系统：智能控温仪 14、程序控温：PID30 段 15、热电偶：采用 K 型热电偶 16、控温精度：±1℃ 17、外形尺寸：不开启：440 长*530 宽*530mm 高 开启：440 长*960 宽*530mm 高 18、观察窗口：炉门上带有石英玻璃观察窗口，尺寸为φ15mm，也可将观察窗口选配为进气装置（此功能为选配） 19、气氛：带进气口，进气口为φ6mm 的宝塔嘴接口 出气口，出气口为φ30mm 的圆形出气口 20、温控软件：可选配电脑温度控制软件 21、配置：箱式炉一台，坩埚钳一个，内六角扳手一个		
6	全自动样品快速研磨仪	1、主要用途：用于生物样品的样品前处理，大批量自动化的快速抽提基因组。 2、主要技术指标： 2.1 15 秒内最大处理量同时可以处理 48 个样品，包括可以适用 12 位和 24 位的液氮冷冻适配器。	台	1

