

医学科学院郑大-竞谈-2023-0043 项目

验收合格报告

我单位基础研究平台设备购置项目包 1，金额：47.4669 万元，于 2023 年 6 月 26 日与中标方签订了设备购置合同，主要设备名称为：CO2 培养箱、生物安全柜、倒置显微镜等。

2023 年 6 月 27 日所有设备陆续到货，设备包装完好，由供货商和我方相关人员在场，开箱对设备进行了初步验收，所有设备完好无损，设备名称、型号规格、数量、产地、文本资料核对无误，供货日期是按照合同约定执行，没有出现延期情况，双方人员签订了货物交接清单（双方签字）等交接手续。

2023 年 6 月 27 日，由厂方技术人员进行了安装调试，调试合格后双方人员对设备进行了功能验证和性能测试。经过测试，安装设备运行正常。经过 15 天时间的测试，功能要求和性能指标达到了合同要求，我院组织了景莹、谢力行、徐博三位技术工程人员和供货商进行了初步验收，验收情况合格。

验收人员（签字）：

景莹、谢力行、徐博

单位监督及项目负责人（签字）：

刘建、孙利博

单位名称：（盖章）

日期：2023年7月13日

