

政府采购进口产品专家论证意见

技术专家 1

论证意见：系统利用毛细管电泳技术将蛋白样品自动快速进行分离，分离后的蛋白经紫外照射后直接与毛细管壁上的预制抗体相结合，然后进行相关蛋白的检测与鉴定，目前尚无国产同类设备，因此建议购买该进口设备。

专家签名：何明

技术职称：

2020 年 8 月 20 日

技术专家 2

论证意见：系统自动上样、分离、自动进行一抗、二抗孵育，无需人工制胶也不需要预制胶，完全无需任何人工操作，国产设备尚无此类技术，因此，建议购置进口设备。

专家签名：谢复伟

技术职称：

2020 年 8 月 20 日

技术专家 3

论证意见：该进口设备单次可同时处理 25 个样本，通量高，且每次试验仅需 3h，效率极高，而国产产品目前还没有此种技术，无法满足高通量样本的快速蛋白分析与检测，因此建议采购进口设备。

专家签名：卢明华

技术职称：

2020 年 8 月 20 日

技术专家 4

论证意见：该设备既可进行实时化学发光信号采集，又可以进行灵敏度更高的双色近红外荧光信号采集，可以准确采集信号值，从而使用光信号值直接定量，还可进行总蛋白归一化定量试验，国产设备不具有此类高端科研功能，因此同意购买该进口设备。

专家签名：何明

技术职称：

2020 年 8 月 20 日

法律专家

论证意见：经过对采购方所提供的相关资料进行审查，采购仪器符合我国相关法律法规政策规定。本设备属于国家非限制进口仪器设备，同意采购该进口设备。

专家签名：王杨

技术职称：

2020 年 8 月 20 日

《多功能蛋白分离鉴定仪》仪器设备论证专家名单

何娟	河南工业大学	教授	18623717967	技术专家 1
谢复炜	郑州烟草研究院	研究员	13938515157	技术专家 2
卢明华	河南大学	教授	13619818300	技术专家 3
宋志超	河南省畜牧局	研究员	13603842968	技术专家 4
王海生	河南天坤律师事务所	律师	13598808478	法律专家

填表说明：1、备注栏应注明专家的身份，即 4 名技术专家和 1 名法律专家；

2、所有专家只能从本单位以外产生。

