

材料科学与工程学院生物医用材料课题组纳米粒度 zeta 电位计采购项目初步验收合格报告

我单位纳米粒度 zeta 电位计，金额：18万元，于2022年4月28日与中标方签订了设备购置合同，采购纳米粒度 zeta 电位计一台。

2022年07月11日整机到货，设备包装完好，由供货商和我方相关人员在场，开箱对设备进行了初步验收，所有设备完好无损，设备名称、型号规格、数量、产地、文本资料核对无误，供货日期是按照合同约定执行，没有出现延期情况，双方人员签订了货物交接清单（双方签字）等交接手续。

2022年7月15日，由厂方技术人员进行了安装调试，调试合格后双方人员对设备进行了功能验证和性能测试。经过测试，安装设备运行正常。经过1周时间的测试，功能要求和性能指标达到了合同要求，我院组织了杨艳宇、王泽倩、王建峰三位技术工程人员和供货商进行了初步验收，验收情况合格。

验收人员（签字）：

杨艳宇 王泽倩 王建峰

单位监督及项目负责人（签字）：

杨艳宇 王泽倩 王建峰

单位名称：（盖章）

日期：2022 年 7 月 15 日