

基础医学院质谱分析仪维保项目初步验收合格报告

我单位基础医学院质谱分析仪维保项目，金额：647000元，于2023年12月04日与中标方签订了服务合同，主要服务内容为：1、质谱分析仪保修方案：整机，含所有人工、原厂备件（不含消耗品）；2、仪器正常使用中出现故障的检查维修并对我单位的维修申请优先安排；3、及时提供仪器使用中所需的技术支持；4、提供每年2次（每年的1月和7月）上门保养，内容为离子源检查清洗，透镜、喷口和多极离子传输杆清洗检查清洗，真空系统检查保养，电子部件检查调整，LC部分检查保养，以仪器校正样品为标准，做仪器检测使其处于当钱最佳工作状态。

2023年12月04日前中标方已按照合同约定提供维保服务，由我方人员对服务内容和质量进行了初步验收，所有服务内容均按照合同约定执行，且符合招标要求。2023年12月5日，对基础医学院质谱分析仪维保项目进行了初步验收，符合验收条件。我院组织了胡香杰、张振华、王亚婷三位人员和供货商进行了初步验收，验收情况合格。

验收人员（签字）：

胡香杰、张振华、王亚婷

单位监督及项目负责人（签字）：

吴国志

单位名称：（盖章）



日期：